

CE 0123

版本号：QY-QP-VPW

产品执行标准号：YZB/湘0077-2012

产品注册证编号：湘食药监械（准）字2013第2400091号（更）

医疗器械生产许可证编号：湘食药监械生产许20150053号

说明书修订日期：2016年11月

全国客服专线  
400 085 0036

注册人/生产企业

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare Inc.

售后服务单位：三诺生物传感股份有限公司

注册地址：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号

生产地址：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号

邮政编码：410205

电话号码：0731-88918123

传真号码：0731-88905123

<http://www.sinocare.com>

E-mail:[mail@sinocare.com](mailto:mail@sinocare.com)

图片仅供参考，请以实物为准！



IVD

仅供体外监测

# EA-12 Blood Glucose & Uric Acid Meter 血糖尿酸测试仪

使用说明书



SANNUO 三诺

A Promise for Love

## 欢 迎

非常感谢您使用本公司生产的血糖尿酸测试仪，本仪器为自测用体外诊断医疗器械，广泛应用于血糖、尿酸的监测。

本仪器操作简单，使用方便，用血量少，并有自动校正功能，是您血糖、尿酸检测的良好工具。

在您使用本仪器之前，请您先仔细阅读使用说明书。您有任何关于本仪器的使用问题，请拨打我们的客服电话：400-085-0036

## 目 录

一、适用范围、规格型号、配套试条、检测方法和原理.....	1
二、主要结构及其各配件组成和示意图.....	2
三、显示说明.....	5
四、使用操作.....	7
1、安装电池.....	7
2、设置尿酸校正码.....	8
3、时间日期设置.....	9
4、测试.....	11
5、结果查询.....	17
6、删除储存记录数据.....	18
五、省电模式.....	19

# 目 录

六、检查系统.....	20
七、保存和保养.....	24
八、保修.....	25
九、使用注意事项.....	26
十、故障.....	27
十一、血糖尿酸测试系统测量性能.....	32
十二、产品性能.....	35
十三、符号的解释.....	36
十四、电磁兼容性声明.....	37
附录1 保修卡（客户自留）.....	45
附录2 保修卡（返生产厂家）.....	45

## 一、适用范围、规格型号、配套试条、检测方法和原理

### 1. 适用范围

与配套血糖测试条或尿酸测试条配套使用，分别用于毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、尿酸浓度测试。

### 2. 规格型号

EA-12型

### 3. 配套试条

本公司生产的EA-11型血糖测试条、EA-12型血糖测试条、EA-11型尿酸测试条、EA-12型尿酸测试条。


## 二、主要结构组成和示意图

### 1、主要结构组成

主机：血糖尿酸测试仪，由电路板、液晶显示屏、功能按键、外壳、电池、数据传输模块（选配）组成。

配件：质控液（选配）、数据线（选配）。

### 2. 血糖尿酸测试仪结构示意图




注意：

- (1) 本测试仪只能与“配套试条”中注明的配套试条配合使用，请勿与其他公司产品或本公司其他型号产品混用。
- (2) 测试尿酸时，每个密码牌只需插入一次，直到您需要更换密码牌。每一盒新的试条中都有对应的密码牌，密码牌印有校正码，该校正码与对应的试条包装上的校正码应一致。
- (3) 本测试仪血糖测试为免调码。
- (4) 测试前请确保试条插入正确的位置，尿酸试条插入仪器左侧“尿酸”插口，血糖试条插入仪器右侧“血糖”插口。


### 三、显示说明(见图)



1、全屏显示。



2、电力不足。




3、超过仪器测试温度范围。



4、血糖测试操作错误。



5、尿酸测试操作错误。



6、尿酸校正失败。



7、仪器自诊断失败。



8、仪器进入测量倒计时。

9、显示血糖尿酸测试值。



10、显示血糖测试值。




11、显示尿酸质控液测试值。



12、血糖测试值低于1.1mmol/L。




13、尿酸测试值高于1188 μ mol/L。



14、血糖测试滴血闪烁可吸入血样。



15、血糖测试结果无存储或已删除



16、尿酸质控液测试结果无存储或已删除。



17、尿酸测试滴血闪烁可吸入血样。



18、日期时间设置。



19、仪器自检显示。



20、查询血糖最后测试值。



21、查询尿酸质控液最后测试值。

## 四、使用操作

### 1、安装电池

本仪器需要两节7号碱性电池，两节电池可支持连续1000次测试。

1.1推开仪器背后的电池盖。

1.2插入两节7号碱性电池，注意正负端标志。

1.3将电池盖推回原处，仪器即可开始使用。

#### 注意：

(1)当屏幕显示E-1和电池符号时，表示电池电力不足，无法再测试，您必须更换电池后才能测试。

(2)若长时间不使用本仪器，请取出电池。

(3)当更换电池时,日期时间需要重新设定,请参照“时间、日期设置”。

(4)废旧电池易污染环境，电池使用后请勿随意丢弃。

## 2、设置尿酸校正码（采用密码牌）

每使用一盒新的尿酸试条时，必须使用与这盒试条配套的密码牌。从试条包装盒中找到密码牌，检查密码牌的校正码与试条包装上的校正码是否一致，如果不一致，您将得到错误的测试结果，请拨打客服电话咨询。如本仪器中已插有密码牌，请先将其取出，再换入新的密码牌。

密码牌插入mini USB接口后，仪器发出“哔”一声，仪器进行屏幕自检。仪器首先检测并显示密码牌中的校正码，再检液晶屏，屏幕显示的数字从0跳到9，如果没有问题，则显示当前密码牌“校正码”，仪器发出“哔”一声，仪器自动关机。如果密码牌内容读取错误，仪器显示E-4，请拔出密码牌重新插入。若仍不成功，请联系经销商或厂家。

每个密码牌只需插入一次，本仪器便自动调整并存储该校正码，直到更换新的密码牌。

## 3、时间、日期设置

### 注意：

(1) 时间、日期设置是一个附加功能，时间的设定与否，并不影响仪器进行正常测试，但会让你准确的知道测试血糖和尿酸的时间和日期，以方便对血糖和尿酸的监控管理。

(2) 在出厂时已经预设默认的时间和日期。如果需要重新设置或者更换电池，您必须进入时间、日期设置模式，重新设置。

(3) 更换电池后，仪器进入睡眠模式。若仪器无任何存储数据，则按系统默认时间进行计时；若仪器有存储测试数据，则取血糖血液、尿酸血液、血糖质控、尿酸质控四种存储类型最后一次存储数据的相对较晚时间进行计时。

(4) 超过1分钟没有按键动作，则系统默认当前的时间设置并关机。

### 3.1进入时间设置

关机状态下，长按“▼”键三秒以上开机，仪器进入日期时间设置状态，屏幕显示年月日以及时间，显示格式为“年/月/日 小时：分钟”。年份数字闪烁。

3.2设置顺序是：年份、月份、日期、小时、分钟。

3.2.1 设置年份：当年份数字闪烁，每按动一次“▼”键减一，每按动一次“▲”键加一，调好后按“①”键确认，自动进入月份设置。

**注意：年只能设置后两位，从00-99（表示2000年-2099年）。**

3.2.2 设置月份：当月份数字闪烁，按动“▼”或“▲”键，选择月份，按“①”键确认，自动进入日期设置

3.2.3 设置日期：当日期数字闪烁，按动“▼”或“▲”键，选择日期，按“①”键确认；自动进入小时设置

3.2.4 设置小时：当小时数字闪烁，按动“▼”或“▲”键，选择小时，按“①”键确认，自动进入分钟设置

**注意：小时设置时采用24小时制。**

3.2.5 设置分钟：当分钟数字闪烁，按动“▼”或“▲”键，选择分钟，按“①”键确认，仪器自动关机。

3.2.6 连续加减设置：当在设置年月日时分的时候，长按“▼”键1S以上，则当前设置值会连续减；长按“▲”键1秒以上，则当前设置值会连续加。

3.2.7 在设置年月日时分的任意位置，长按“①”键3秒可退出时间设置模式，仪器会对当前设置的时间日期进行有效性判断。若有效，则按当前设置时间日期存储；若无效，则仪器会自动修正无效时间日期并按有效时间日期存储。

3.2.8 测试模式和自检模式可以使时间日期设置模式自动退出，仪器会对当前时间日期进行有效性判断。若有效，则按当前设置时间日期存储；若无效，则按设置前的时间存储并开始计时。

#### 4. 测试

**物品准备：**本仪器及说明书、血糖（尿酸）试条及说明书、采血笔及说明书（采血笔仅供个人专用，不得多人共用）、无菌采血针（一次性使用）。

**注意：**

**(1)如果本仪器和试条的保存温度与测试的环境温度差距较大时，需要先将仪器和试条在测试环境中平衡30分钟以上，再进行测试。本仪器试条插口附近有温度传感器，测试时请勿抓握此处。**

(2) 请确认使用的是配套的试条。

(3) 测试前请仔细阅读测试仪、试条和采血工具说明书，熟悉操作步骤及注意事项。

4.1 洗手消毒：用温水洗手后擦干，并用75%酒精棉球消毒取血部位。

**注意：**

(1) 如指尖采血，温水洗手、温暖手指、搓揉手指等方法可增加手指的血液量，有利于得到更准确的测试结果。

(2) 请勿用碘酒等含“碘”的消毒液消毒。

4.2 取出试条：打开试条的铝箔包装袋或试条瓶，取出血糖（或尿酸）试条，瓶装试条在取出试条后立即盖紧试条瓶盖。

**注意：**

试条从包装袋（或瓶）中取出后3分钟内必须完成测试，如检测前试条暴露在空气中时间过长，会造成测试偏差。

4.3 插入试条：

将试条沿箭头方向插入仪器对应的插条口（注意：尿酸插条口在左边“尿酸”插孔，血糖插条口在右边“血糖”插孔），仪器自动开机，屏幕进行自检。当血糖测试时，屏幕下方显示“GLU”；当尿酸测试时，屏幕上方显示“UA”。

插入试条后，仪器会发出一声短促的“哔”提示音。血糖部分为免调码，插入试条后，仪器显示‘---’，滴血符号开始闪烁；尿酸部分则对应试条校正码开始闪烁，此时请核对试条标签上校正码是否与当前显示校正码一致，3秒后滴血符号开始闪烁。当滴血符号开始闪烁时，表示可以往试条上加入血样或质控液；

插入血糖试条后，若要测试血液血糖，不用按键选择（即仪器默认测试的是血液的血糖值）。若要测试血糖质控液，则在加样前按“▼”键，屏幕上“GLU”下方会显示质控液标志，表示当前为测试血糖质控液的模式。再按一次“▼”键，屏幕上的血糖质控液标志会消失，表示当前为测试血液血糖的模式。插入尿酸试条后，若要测试血液尿酸，不用按键选择（即仪器默认测试的是血液的尿酸值）。若要测试尿酸质控液，则在加样前按“▲”键，屏幕上“UA”下方会显示质控液标志，表示当前为测

试尿酸质控液的模式。再按一次“▲”键，屏幕上的尿酸质控液标志会消失，表示当前为测试血液尿酸的模式。

插入试条时，仪器会进行自诊断，确保仪器正常运行。如果仪器自诊断失败，仪器会显示“E-6”，请联系经销商或厂家。

**注意：**

- (1) 只有滴血符号闪烁时，才可以滴加血样或质控液。
- (2) 试条与插口必须对应，否则不能开机。
- (3) 本仪器可同时进行血糖、尿酸测试。
- (4) 测试尿酸值时，如果仪器显示校正码与试条标签校正码不一致，则依照“设置尿酸校正码（采用密码牌）”说明进行校正。
- (5) 样本类型请在加样前选择并确认好，吸入样本后将不可以更改样本类型。

4.4 采血：使用采血工具在消毒部位采血。

**注意：**采血前，要待采血处的消毒酒精挥发干净。

4.5 吸入血样：挤出血样，使血样成滴状置于手指上，将试条吸血口与血滴接触，血样将会自动被吸入到试条的反应室内，当吸满血样后，仪器发出一声短促的“哔”提示音。移开手指，仪器自动开始测试，进入倒计时（血糖5秒，尿酸25秒）。仪器开始检测后请勿干扰、移动仪器或试条，且勿按仪器上的任何按键。

**注意：**

- (1) 需在仪器就绪后（滴血符号闪烁）3分钟内吸入样品，否则仪器自动关机。
- (2) 要一次性完成吸血过程，如果血量不够，血液没有一次性充满反应室，请勿追加吸血，应重取一支新试条进行测试。
- (3) 请勿将试条吸血口过紧的压迫手指，否则会堵住吸血通道，因吸血不畅，导致结果错误。



血糖测试条

尿酸测试条

4.6读取结果：倒计时结束后，测试结果和测试时间会显示在屏幕上，血糖采用毫摩尔/升 ( mmol/L ) 报告结果。尿酸采用微摩尔/升 (  $\mu$ mol/L ) 报告结果。

**注意：**

( 1 ) 如果血糖测试结果显示 “LO” 或 “HI” ，表示您的血糖测试结果低于 $1.1\text{ mmol/L}$ 或高于 $33.3\text{ mmol/L}$ 。

( 2 ) 如果尿酸测试结果显示 “LO” 或 “HI” ，表示您的尿酸测试结果低于 $181\mu\text{mol/L}$ 或高于 $1188\mu\text{mol/L}$ 。

4.7储存结果：拔/推出试条，仪器发出一声短促的“哔”提示音，自动关机，测试结果有效，则自动储存到仪器中。拔条关机。

**注意：“LO”或“HI”的测试结果不存入仪器。**

4.8废弃物处理：按照医用废弃物方法处理使用过的试条和采血针。

**注意：**

( 1 ) 使用后的试条可能存在生化安全方面的危险、污染环境，请用指定容器接收；用退试条键推出试条时，不要对准任何人进行

退条，以免造成伤害。

( 2 ) 针头锋利，处理不当容易造成伤害，请将采血针放入专用废弃容器或加盖的硬壳容器等不会被针头刺穿的容器内再丢弃。

## 5、结果查询

本仪器可储存最新测试的500个血糖测试结果、100个血糖质控液测试结果、100个血液尿酸测试结果、100个尿酸质控液测试结果，且四组测试结果可分别查询。当第501个血糖数据被存入，最早贮存的血糖数据会被自动覆盖，其他测试样本类型数据的存储方式相同。

测试结果查询：关机状态下按住 “①” 键3秒开机，屏幕显示最后一次血糖测试结果（若仪器中没有存储血糖数据，屏幕上显示 “— — — ” ），同时仪器发出一声短促 “哔” 提示音；按 “▲” 或 “▼” 键可以上下翻查其他血糖测试历史结果。当仪器屏幕显示 “END” ，表示已经翻查历史数据结束。按住 “①” 键3秒以上，仪器关机，查询结束。

在查询测试结果时，短按 “①” 键（3秒以内），则仪器切换

样本类型查询，依次为血糖值查询（默认查询），血糖质控液值查询，血液尿酸值查询，尿酸质控液值查询。按“▲”或“▼”键可以上下翻查当前查询类型的测试值，当仪器屏幕显示“END”，表示已经翻查历史数据结束。按住“①”键3秒以上仪器关机，查询结束。

**注意：试条插入仪器的状态下，不能进行结果查询。**

## 6、删除记录数据

测试结果删除：按“①”3秒开机，进入测试结果查询状态（默认查询血糖值）。按“①”键切换查询的样本类型。在查询状态下，同时按“①”键和“▼”键，仪器已储存的当前查询类型的测试结果即被全部删除，屏幕显示“——”，同时仪器发出一声短促的“哔”提示音。长按“①”键3秒以上关机。

## 五、省电模式

1. 滴血等待时间为三分钟，三分钟无动作，自动关机。
2. 测试结果出现后，如不拔试条，结果显示三分钟，三分钟无动作，自动关机。
3. 其它操作环节，如一分钟无动作，自动关机。

**注意：**

测试结果为“LO”或“HI”，结果显示一分钟，一分钟无动作，自动关机。

## 六、检查系统

质控液是用来检查本仪器及血糖、尿酸试条（即血糖、尿酸监测系统）是否正常工作，以及检查测试步骤是否正常的工具。定期进行这种简单检查，可以确保仪器提供准确的血糖、尿酸检测结果。

您可以通过当地经销商或拨打热线电话与我们联系，以获得质控液。

**注意：只能使用本公司生产的血糖质控液、尿酸质控液。**

### 6.1何时需要检查系统

用一瓶（盒）新试条

瓶装试条瓶盖长时间打开

您想检查测试仪或试条是否正常工作

试条存放环境超出正常储存条件

测试仪跌落或损坏

您的血糖测量结果与自我感觉不一致

检验您的测量步骤是否正确

### 6.2 质控检查步骤

**6.2.1物品准备：**测试前，将质控液、本仪器和配套试条在室温下平衡至少30分钟。

**注意：**

(1) 请仔细阅读质控液使用说明书，知悉质控液的使用注意事项。

(2) 请确认质控液与相应试条的型号匹配。

**6.2.2取出试条，将试条插入本仪器，选择质控液测试模式（操作详见“四、使用操作”的4.3步骤），准备就绪。**

**6.2.3吸入质控液：**适度摇动质控液瓶，挤出第一滴质控液丢弃。再挤出液滴，将试条吸样口与液滴接触，质控液将会被自动吸入到试条的反应室内，当仪器发出一声短促的“哗”提示音，吸入质控液完成，仪器自动进入倒计时，开始测试。

**6.2.4读取结果：**本仪器将自动完成测试，测试结果会显示在屏幕上。

**注意：当测试结果在标示的质控范围内时，则表示仪器和试**

条工作正常；当测试结果在质控范围外，请重新测试一次。

6.2.5 测试完毕，拔/推出试条。仪器将自动关机，质控检查完毕。

**注意：请按照医用废弃物方法处理试条。**

### 6.3 质控液测试结果超出范围的可能原因及措施

原 因	措 施
测量操作错误	严格按照操作步骤重新测量
未摇匀质控液	换一根试条重新测量，测试前摇匀质控液
测试时，使用了开瓶后的第一滴质控液	换一根试条重新测量
质控液过期或变质	换一瓶保存完好、在有效期内的质控液重新测量
试条过期或变质	换一瓶（盒）新的试条，重新测量
仪器、试条、质控液的温度过高或过低	将三者置于室温下平衡30分钟，然后重新测量
测试模式不正确	请选择相应的质控测试模式
不正确的校正码	设置与试条一致的校正码，然后重新测量
仪器故障	请联系经销商或厂家

**注意：如果测试结果依然落在了质控范围之外，则测试系统可能不能正常的工作，请您暂时不要测试，并联系当地的经销商或厂家的客服中心。**

## 七、保存和保养

本仪器保存应避免灰尘、过高/过低温度，要防止剧烈振荡和碰撞。

储运条件：

温度：-20°C ~ 55°C

本仪器不需要特别维护或清洁，切勿让污垢、尘埃、血液或其它液体经插条口或数据接口进入仪器内。如仪器表面粘有异物，可使用布或棉签蘸取少量的75%酒精或中性清洗剂进行擦拭。请勿将仪器浸入清洁液体中；请勿使用汽油、强腐蚀性的溶剂进行清洗，以免损坏仪器。

## 八、保修

在正常使用情况下，本公司承诺十年包换。请认真填写附录中保修卡，并将需要返回的部分，返回本公司。

## 九、使用注意事项

- (1) 请按照厂商规定的方法使用本仪器，否则会对设备造成损害。
- (2) 本仪器的测试结果只能作为体外诊断监测用，不能作为疾病诊断的依据。参考治疗医生和专家的意见，不能仅根据检测的结果而违背他们的指导。当您使用本仪器得出同症状不相符的测试结果后，应立刻到医院检查。
- (3) 本仪器测试样本是全血，但测试值是根据血浆结果进行校准的，因此显示的结果相当于血浆中的测试值，可与实验室生化测试血浆结果进行对比。请定期进行实验室检查，并将测试结果与实验室结果进行对比。
- (4) 测试期间，仪器可能会与血液接触。因此使用过的仪器有携带感染物的风险。当本仪器在医疗场所使用时，医护人员请遵循你单位对卫生设备相应的感染控制步骤，如戴手套或其他个人防护。
- (5) 儿童或需要监护的特殊用户在使用本仪器时必须在其他正常成人的监护下使用，且必须将此仪器放在儿童接触不到的地方。

## 十、故障

### 问题1:试条插入后，不能开启仪器

原因	解决方法
电池安装不正确	重新安装电池
电池电力不足	更换电池
试条未被正确插入或试条没有被完全插入	正确插入试条，文字正面朝上，将试条插口端推到底
屏幕无反应	取出电池，等3分钟以上，重新安装电池。如果故障未排除，请联系经销商或厂家
试条插错插口	血糖试条插入“血糖”插口 尿酸试条插入“尿酸”插口
插座接触不良	请联系经销商或厂家

## 问题2：加入血样后，仪器不能开始测试

原因	解决方法
血样量不足	用新试条，吸入足够的血量，重新测试
血样被加于错误位置	依照“采血”的描述，将血样加到正确的位置
重复使用试条	使用新试条

## 问题3：检测结果不正确

原因	解决方法
仪器校正码设置不正确	按“设置尿酸校正码（采用密码牌）”重新设置
试条测试前在空气中暴露时间过长	从试条瓶内取出试条后立即进行检测

试条吸血口过分贴紧手指，  
血样不能顺畅吸入

试条吸血口轻触血滴

试条包装破损，干燥剂片变  
软；瓶装试条打开瓶盖时间  
过长使试条受潮；试条开瓶  
后超过有效期

使用新试条

试条过期

使用新试条

测试模式不正确

请选择相应的测试模式

仪器或试条出现故障

请联系经销商或厂家

## 问题4：插入试条尚未滴加血样，仪器便开始进入倒计时

原因	解决方法
试条受潮	重新更换试条

### 问题5：测试结果显示“LO”或“HI”

原因	解决方法
测血糖时：表示测试结果低于1.1 mmol/L或高于33.3 mmol/L 测尿酸时：表示测试结果低于181 $\mu$ mol/L或高于1188 $\mu$ mol/L	重复测试，如出现相同结果，请到医院就诊

### 问题6：插入试条后，仪器出现E-1

原因	解决方法
电池电力不足	更换新电池

### 问题7：插入试条后，仪器出现E-2

原因	解决方法
测试环境温度过高或过低	将血糖仪置于配套试条测试环境中，平衡30分钟后，重新进行测试

### 问题8：插入试条后，仪器出现E-3

原因	解决方法
操作不当：血样滴入加样孔后，才将试条插入仪器	先插入试条，后滴加血样
试条过期或受潮	换一支新试条测试
试条拿出来超过3分钟	换一支新试条测试

### 问题9：插入试条后，仪器出现E-4

原因	解决方法
校正失败	按“设置校正设置尿酸校正码（采用密码牌）”重新设置

### 问题10：插入试条后，仪器出现E-6

原因	解决方法
仪器自诊断失败	请联系经销商或厂家

## 十一、血糖尿酸测试系统测量性能

11.1 血糖测试的准确度、测量重复性标准参照国家标准GB/T19634-2005

《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》和国际标准

ISO 15197 : 2013 《In vitro diagnostic test systems — Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus》。

血糖测试准确度要求：≥95%的测试结果的偏差应符合表1的要求；

血糖测试重复性要求：测试结果应符合表2的要求。

表1：血糖测试准确度要求

测试范围	准确度偏差
1.1mmol/L~5.55mmol/L (20mg/dL~100mg/dL)	不超过 $\pm 0.83\text{mmol/L}$ ( $\pm 15\text{mg/dL}$ )
5.55mmol/L ~ 33.3mmol/L ( 100mg/dL ~ 600mg/dL )	不超过 $\pm 15\%$

表2：血糖测试重复性要求

测试范围	精密度
1.1mmol/L~5.55mmol/L (20mg/dL~100mg/dL)	SD < 0.34mmol/L ( $< 6\text{ mg/dL}$ )
5.55mmol/L ~ 33.3mmol/L ( 100mg/dL ~ 600mg/dL )	CV < 6%

11.2 尿酸测试系统性能应满足以下要求：

表3：尿酸测试准确度要求

测试范围	准确度偏差
$\leq 297\mu\text{ mol/L}$ ( $\leq 5\text{ mg/dL}$ )	不超过 $\pm 59.4\mu\text{ mol/L}$ ( $< 1\text{ mg/dL}$ )
$> 297\mu\text{ mol/L}$ ( $> 5\text{ mg/dL}$ )	不超过 $\pm 20\%$

**表4：尿酸测试重复性要求**

测试范围	精密度
≤ 297 μmol/L ( ≤ 5mg/dL )	SD<22.2 mol/L ( <0.37mg/dL )
> 297 μmol/L ( > 5mg/dL )	CV<7.5%

## **十二、产品性能**

检测样本：毛细血管全血、静脉全血。

血糖用血量：约0.6 μL

尿酸用血量：约3 μL

血糖测试范围：1.1 mmol/L ~ 33.3 mmol/L

血糖测试时间：5秒

尿酸测试范围：181μmol/L ~ 1188μmol/L

尿酸测试时间：25秒

定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线

电源：2节7号碱性电池

最大额定电流：10mA

电池寿命：连续测试1000次

记忆容量：500个血糖测试值，100个血糖质控液测试值，100个血液尿酸测试值，100个尿酸质控液测试值

血糖测试温度：10°C ~ 35°C

尿酸测试温度：15°C ~ 35°C

测试湿度：不大于80%

储存温度：-20°C ~ 55°C

体积：108\*66\*22 ( mm )

重量：100克左右

生产日期：请详见标签

使用期限：5年

本产品使用期限是根据关键部件的使用期限（按每天监测7次血糖或尿酸的使用频率）并综合考虑市场、售后等因素确定的，在使用过程中，用户应当按照产品说明书的要求对产品进行维护、保养。在维护、保养后，经确认仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以正常使用。

## 十三、符号的解释

<b>IVD</b>	体外诊断医疗器械	 参考使用说明
<b>SN</b>	序列编号	 直流
	避免雨淋	 注意，参考随附文件
	易碎，小心轻放	 生产企业

## 十四、电磁兼容性声明

本仪器符合EMC标准GB/T 18268.1-2010及GB/T 18268.26-2010的发射和抗扰度要求。

**注意：**

- (1) 在干燥的环境中，尤其是存在人造材料（人造织物，地毯等）的干燥环境中使用本设备时，可能会引起损坏性的静电放电，导致产生错误的结论。
- (2) 便携式和移动式射频通信设备可能影响本仪器的性能。
- (3) 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。
- (4) 用户有责任确保设备的电磁兼容环境，使设备能正常工作。建议在设备使用之前评估电磁环境。

## 14.1 指南和制造商的声明-电磁发射

指南和制造商的声明一电磁发射		
本仪器预期使用在下列规定的电磁环境下，购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用。		
发射试验	符合性	电磁环境-指南
辐射发射 Gb4824	满足1组B类设备限值	本仪器仅为内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近的电子设备产生干扰的可能性很小。

## 14.2 指南和制造商的声明-电磁抗扰度

指南和制造商的声明一电磁抗扰度			
本仪器预期使用在下列规定的电磁环境下，购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用。			
抗扰度试验	试验电平	符合电平	电磁环境-指南
静电放电 (ESD) GB/T 17626.2	空气放电:2kV ; ± 4 kV: ± 8 kV 接触放电: ± 2 kV ; ± 4 kV	空气放电: ± 2 kV ; ± 4 kV ; ± 8 kV 接触放电: ± 2 kV ; ± 4 kV	地面应该是木质、混凝土或瓷砖， 如果地面用合成材料覆盖，相对湿度应该至少30%。
额定工频磁场 GB/T 17626.8	3A/m, 50Hz	3A/m, 50Hz	工频磁场应具有在商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。

## 14.3指南和制造商的声明-电磁抗扰度

### 指南和制造商的声明—电磁抗扰度

本仪器预期使用在下列规定的电磁环境下，购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用。

抗扰度试验	试验电平	符合电平	电磁环境-指南
辐射电磁场 GB/T17626.3	3 V/m 80MHz~2.0 GHz	3 V/m 80MHz~2.0 GHz	<p>便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近血糖仪的任何部分使用。该距离由与发射机频率相应的公式计算。</p> <p><math>d = 1.2\sqrt{P}</math> 80MHz~800MHz</p> <p><math>d = 2.3\sqrt{P}</math> 800MHz~2.0GHz</p> <p>推荐的隔离距离式中：p – 根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特(W)；d – 推荐的隔离距离，单位为米(m)。固定式射频发射机的场强通过对电磁场所的勘测a来确定在每个频率范围b都应比符合电平低。在标记下列符号的设备附近可能出现干扰：(●)</p>

注1：在80MHz 和800MHz频率点上, 采用较高频段的公式。.

注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

- a.固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得血糖仪所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测血糖仪以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必须的，比如重新调整血糖仪的方向或位置。
- b.在150kHz~80MHz 整个频率范围，场强应低于3V/m。

#### 14.4 便携式及移动式射频通信设备和设备或系统之间的推荐隔离距离

便携式及移动式射频通信设备和本仪器之间的推荐隔离距离		
发射机的最大额定输出功率W	对应发射机不同频率的隔离距离/m	
	80MHz~800MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800MHz~2.0GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.23
0.1	0.38	0.73
1	1.2	2.3
10	3.8	7.3
100	12	23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米(m)为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W)为单位。

注1：在80MHz和800MHz频率点上，采用较高频范围的公式。

注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

#### 中国2型糖尿病血糖控制目标

(《中国2型糖尿病防治指南》2013年版)

状态	目标范围
空腹	4.4~7.0mmol/L(79 mg/dL~126 mg/dL)

#### 正常血糖范围

(2014年美国糖尿病协会(ADA)糖尿病诊疗指南)

状态	范围
空腹	<100 mg/dL (<5.5mmol/L)

#### 妊娠期糖尿病患者(GDM)妊娠期血糖控制目标

(妊娠合并糖尿病诊治指南(2014))

状态	范围
餐前	$\leq 5.3 \text{ mmol/L} (\leq 95 \text{ mg/dL})$

#### 尿酸正常范围参考值：

男 $202 \mu\text{mol/L} \sim 416 \mu\text{mol/L}$  女 $142 \mu\text{mol/L} \sim 339 \mu\text{mol/L}$

附录1: 保修卡 (客户自留)

感谢您选购血糖尿酸测试仪，本仪器在正常使用的情况下享受十年包换服务。请您完整填写保修卡，交给销售商或寄给我们，以便我们及时将有关本公司测试仪的信息通知您。

谢谢您对我们的支持！

如您在使用测试仪时有任何疑问，请直接拨打客服电话：  
400-085-0036。

购机日期：

仪器编号：

请保留此部分，维修时出示此卡

附录2:保修卡(返生产厂家)

姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

年龄: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_

购机日期: \_\_\_\_\_ 仪器编号: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

糖尿病发现时间: \_\_\_\_\_

购买用途: 自用 代别人购买

购机点全称:

(请准确完整地填写此卡,以便享受三诺为您提供的无忧售后服务)

